

ワクチン保管庫入荷後の注意事項

設置後、まずコンセントに挿していただき、電源は入れずに6時間以上おいてください。
その後、電源ON、バッテリースイッチもONにしてご使用ください。

※上記は正常な起動と安定運用の為にお願いしております。

※必ず一つの電源(15A以上)に製品一台を単独で接続し、決してタコ足配線にしないでください。

※火災の危険性があるので、延長コードの類は使用しないでください。

“一つの電源”とは以下の状態を指します。



差し込み口が複数あっても、このように一つの電源を確保して、他の製品や家電のプラグを接続しないでください。



このように複数のプラグを接続してしまうと、製品を稼働させるのに必要な電力が不足してしまう可能性があります。

※納品時、製品の起動方法等記載された取扱説明書が製品内部に同梱されております。

※製品起動は電源ケーブル接続の翌日を推奨しております。